



	<p>MESA: Com tela de cristal líquido e capas de ser utilizada em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8h, tela com curva pleismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das ultimas 24h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3 kg Além dos acessórios obrigatórios, fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromático de catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (altura x largura) Curva pleismográfica: cristal líquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA</p>				
15	Aparelho p/ inalação- Uso individual q permita a inalação em qualquer posição, sem risco de derramar o medicamento. Silencioso para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 1 copo inalador gerador de ultrassom c/ transdutor incorporado; 1jg c/ 15 copos; 1 tubo corrugado flexível e conectores 105cm comp. aprox. 2 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções, controle de intensidade de névoa, potenciômetro deslizante,	un	4,00	260,00	0,01

000109



	dimensões aprox. 10x14x21cm.peso max 1350g. Cons. max. 17w 110/220 e/ chave seletora, reg. no MS, assist local comprovada, manual e catálogo em português, garantia: 12 meses.				
16	Conj. portátil para oxigenoterapia: cilindro metálico p acondicionamento de oxigênio medicinal, c/ capacidade hidráulica de 7 l e 1,0 m ³ , tipo G. Dotado de válvula de segurança p enchimento e abertura, conexão padrão standart; deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte.	un	2,00	1.200,00	0,01
17	Kit; Máscara adulta para nebulização em silicone flexivel. Copo reservatório com capacidade de 10ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros.	un	20,00	50,00	0,01
18	Kit; extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. Máscara infantil para nebulização em silicone flexivel, copo reservatório com capacidade de 10ml. Extensão com conector p ar comprimido so 1,5 m	un	20,00	50,00	0,01
19	Autoclave horizontal de mesa: capac. para 42 litros, controle automático q deve ser realizado através de microcontrolador, temp.120 a 134 °C, ciclo ate 60min. Tempo de secagem: até 45 min. Precisão e tempo de resist: tipo PT 100. Sistema hidráulico e bomba a vácuo: c/ filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide em latão forjado tipo diafragma. Válvula de segur. construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, c/ garantia de 3 anos de garantia revestida externamente c/ mat. isolante ao calor q além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. o adicionamento da água na câmara interna da autoclave deve ser autom.	un	2,00	4.678,00	0,01
20	Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o	un	4,00	530,00	0,01



		procedimento cirúrgico. cabeça median, angulação de 45°, alto toque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção: cabeça com linhas arredondadas; baixa nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso 38 a 44g. Rotação (rpm) 0 a 420.000. fixação da broca(saca rolha). Pressão (psi) 30 a 40; consumo de ar (L/min)42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69. registro ANVISA e assistência técnica em todo o estado do Paraná.				
21		Mocho odontológico. Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento, altura regulável, encosto regulável c/ ajuste de aproximação, Base com 5 rodízios, estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC sem costura, espuma de densidade controlada, garantia de 1(um) ano.	un	2,00	336,00	0,01
22		Contra ângulo intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor c/ sistema intra onde o torque e a rotação ação transmitidos à broca através de uma conj. de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° s/o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoco da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe p/ adaptar-se ao canal da broca, tamanho co especifi.:spray:externo ao corpo.conexão: INTRA, Velocidade:3.000 a 20.000 rpm com reversão, pressão ar:60 a 80(PSI), consumo de ar:65(L/min), razão de transmissão de veloc.1:1, autoclavavel 135°C, peso 90g, ruído 70 dbs	un	4,00	657,00	0,01
23		Micro motor intra c/refrigeração: spray externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o q possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); vel. (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo q permite a	un	4,00	720,00	0,01



		reversão da rotação, baixo nível de ruído: autoclavável até 135°C mais de 1000 ciclos. Especif.: com spray externo ao corpo, conex. intra. Veloc: 3.000 a 20.000rpm, c/ reversão. Pressão Ar:60 a 80 (PSI), cons. de ar 65(l/min). Razão de transm. de veloc.1:1 autoclavável.				
24		Material Clínico: Cabo para espelho de aço inoxidável, Espelho bucal nº 5 de aço inoxidável, Sonda exploradora nº5 de aço inoxidável, sonda odontológica milimetrada OMS de aço inoxidável, Pinça P/ algodão de aço inoxidável, Espátula nº01 de aço inoxidável, Seringa carpule c/ refluxo de aço inoxidável, Seringa Carpule c/ refluxo de aço inoxidável, escavador de dentina nº 11 de aço inox. Todos os itens autoclaváveis.	un	15,00	160,00	0,01
25		Material para Art: Cortante de black duplo nº 14/15, Espátula de plástico para ionômero, Aplicador de hidróxido de cálcio duplo de aço inox, Porta matriz metálico tofflemire adulto de aço inox, tesoura goldman fox reta de 13 cm de aço inox, escavador de dentina nº 17 de aço inox, escavador de dentina nº20 de aço inox, Cabo de bisturi nº3 de aço inox, Hollemback 3 S de aço inox- todos os itens autoclaváveis.	un	15,00	230,00	0,01
26		Armário duplo com 8 portas, confeccionado em chapa de aço baixo teor de carbono, c/ acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa(antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, c/ camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 lat. e uma divisória vertical central em chapa de aço nº24(0,60mm), 1 fundo e 2 meio tampos (superior e inferior) confeccionado em chapa de aço nº24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18(1,2mm) fixando as lat. 1 acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 superior e 01 inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9mm) . A base conter 8 compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter duas dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no min. 39,5X24cm, e área interna	un	2,00	800,00	0,01



		41x30x42,5cm. Montagem através de reebites, dimensões: Altura 1,85 m, larg: 60cm, profun. 45 cm.				
27		Mesa formato em "L"(med. 1,20x1,20). tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25mm de espessura, revestido c/ sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15mm de espessura, revestido laminado melamínico de lata resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC. sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço c/ tratamento antiferruginoso e acabm. arredondado em pintura epóxi-po da cor da mesa, superficies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: Argila. Calhas p passagem de fios 1,20x1,20 alt x0,74 cm. Gar. 1ano	un	5,00	350,00	0,01
28		Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25mm e espessura, revestimento c/ sistema postforming 180°. painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural c/ passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em epóxi e arredondados. Com 02 gavetas c/ chave. Garantia de 1 ano.	un	4,00	800,00	0,01
29		Poltrona reclinável com Banqueta, estrutura em tubos de aço de 25x25x1,20mm esmaltaos. Assento e encosto, apoio dos braços e banqueta estofados c/ espuma de latex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. encosto reclinável (mínimo de 3 posições) até 175°, c/ fixação nas costas por meio de borboleta. Pés c/ ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento dimensões aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão X assento) X 65cm altura do encosto X 0,50m-largura. Dimensões aproximadas da banqueta de 0,5m de altura X 0,55	un	3,00	800,00	0,01



		cm de comprimento. Garantia de 1 ano				
30		Armário com 2 portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos)em madeira aglomerada 18mm de espessura, revest. dupla face em laminado melaminico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superficies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. tampo sup. em madeira aglomerada de alta densidade com 25mm de espessura, sistema postforming. bordas frontais 180°, bordas late. em fita de PVC, revest. melaminico. Fechadura frontal, tipo cilindrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores em alumínio (acab. fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18mm, e revest. melaminico e diversas regulagens de alt. COR: branca med.1,60x0,95x0,50. gar 1ano	un	2,00	890,00	0,01
31		Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais p/ transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150kg. garantia 1 ano.	un	20,00	110,00	0,01
32		Mesa de Reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25mm de espessura, revestida em laminado melaminico na cor branca, e bordas em PVC. Superficies lisas, duradouras e de fácil limpeza e desinfecção. painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med:200x100cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 ano	un	1,00	800,00	0,01
33		Fogão à gás 4 bocas: acendimento automática de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 3 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, com 5 nível de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo Um familiar) isolamento	un	1,00	750,00	0,01



	térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira, Voltagem de 110/220v bivolt-selecionável e/ou automático, totalmente adaptado às normas do INMETRO, garantia de 12 meses, cor branca.				
34	Mesa para refeitório, com tampo em compensado, com espessura de 25mm, revestido nas duas faces em laminado melaminico na cor branca, com bordas em PVC preta, Superfícies lisas, duradouras e de fácil limpeza e desinfecção, com dimensões de : 1,20x0,80x0,78cm, com pés em aço cromado resistente à ferrugem. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 ano,	un	2,00	550,00	0,01
35	Purificador de água, com filtro refrigerado, elétrico, ligado direto ao ponto de água, serpentina de cobre externa, sem contato com a agua, depósito de água de fácil assepsia, c/ termostato de fácil acesso. Refil c/ tripla filtragem q/ elimine odores e sabores de cloro, barro ferrugem e sedimentos, c/ saída de água na temperatura natural e na temperatura gelada dimensões : aproximadas: 312mmx41000. Cor branca. garantia de 12 meses,	un	2,00	750,00	0,01
36	Ar Condicionado capacidade: 12.000 BTUS reverso, quente e frio; controle remoto com botões e tela luminosa digital em português, painel liso, sem grelhas, de fácil limpeza, Selo A Procel, instalado no local indicado pela Secretaria competente.	un	2,00	3.500,00	0,01
37	Aparelho ar condic. Split piso teto, 18.000 BTUs, quente/frio 220V, com fluido refrigerante R-410 ^a (sistema inverter) com mão de obra de instalação e drenos.	un	1,00	4.500,00	0,01
38	Aparelho ar condic. Split piso teto, 24.000 BTUs, quente/frio 220V, com fluido refrigerante R-410 ^a AR SEM INSTALAÇÃO		1,00	2.600,00	0,01
39	Computador: processador socket LGA 1150- 3MB cachê- 2 núcleos- 4 threads- frequência de 3.7 Ghz- placa mãe socket LGA 1150- memória DDR3 1600- áudio, vídeo e rede integrada- 4GB memória DDR3 1600- HD 500GB- Gabinete ATX c/ fonte 350w real- Drive DVDRW sata- teclado e mouse do mesmo fabricante	un	3,00	2.800,00	0,01
40	impressora laser multifuncional; velocidade do processador 600	un	2,00	1.500,00	0,01



	Mhz- velocidade de impressão (preto): Normal: Até 20 ppm- ciclo de trabalho (mensal, A4): até 8000 páginas- qualidade de impressão preto (ótima) até 600x600 dpi					
--	--	--	--	--	--	--

Valor total dos produtos

Valor total dos produtos	118.638,40
--------------------------	------------



Pregão Presencial nº 46/2.016
Processo nº 60/2016

Anexo II
Proposta de Preços

Identificação da licitante

Razão social da licitante	CNPJ nº	
Endereço:		
Pessoa p/ contato	Telefone	
Fax	E-mail	
Nº conta-corrente (opcional)	Banco (opcional)	Agencia (opcional)

Preços propostos

Item	Especificação	Unid. Apresent.	Qtde	Marca do (produto)	Preço unitário R\$	Preço total R\$
1	Detector de batimento cardíaco fetal: modelo portátil, alimentado por bateria 9v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. medidas 4x8x18cm, estas medidas poderão sofrer variação de 10%. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. garantia mínima de 1 ano. apresentar catálogo e manual em português, registro no MS/ANVISA, certificado de boas práticas de fabricação. comprovar assistência técnica no estado do Paraná	un	4,00			
2	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PORTÁTIL OBESO: Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico; envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser	un	6,00			



	<p>resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos obesos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e péra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante</p> <p>do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor.</p> <p>Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, bem como também o registro no Ministério da Saúde.</p>					
3	<p>ESFIGMOMANÔMETRO PARA ADULTO:</p> <p>Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade,</p>	un	14,00			



	antialergico, resistente, extremidade flexivel, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula -peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex; Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvím ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.					
4	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PORTÁTIL PEDIÁTRICO: Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexivel, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do	un	6,00			



	tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e péra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português					
5	ESTETOSCÓPIO ADULTO: Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em	un	3,00			



	embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.				
6	ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO: Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.	un	3,00		
7	Foco auxiliar luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" x 1,20mm. com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aprox. de 1,10cm e max de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no min. 1,30m, acompanha lâmpada de 110V. Garantia de 1 ano. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, apresentar Registro no MS/ANVISA.	un	2,00		
8	OTOSCÓPIO. Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2,5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm- 3,5mm-4,0mm- 8,0mm.	un	4,00		




	Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.					
9	Lanterna: Lâmpada de halogênio; iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida 14cm de comprimento.	un	15,00			
10	Sistema de iluminação para especulo vaginal: com fonte Led wireless, diâmetro 25mmx95mm, iluminância bde 3000 lux, confeccionado em alumínio e poliacetal. Carregador de 57x80x48cm, tensão de alimentação de 115-230v e frequência de operação de 50/60 Hz. Bateria interna de 1200m Ah/3,7v, lithium	un	3,00			
11	Negatoscópio: equip. utilizado p visualização de radiografias, de um corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável c/ pintura eletrostática em apóxi, c/suporte p/ fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, c/ presilhas p/ fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes c/ tensão de alimentação bivolt manual e frequência de alimentação 60HZ. Possuir chave liga/desl. para	un	1,00			



	acionar lâmpadas, atender as normas da ANVISA principalmente a port. 453/98, apresentar registro no MS/ANVISA e manual/catálogo em português. Assist. Técnica do equip. deverá ser no PR, ou a empresa comprometer-se a realizar gratuitamente o translado até o local				
12	<p>KIT EQUIPAMENTO URGÊNCIA LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA:</p> <p>Descrição básica: Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal.</p> <p>Especificações técnicas mínimas:</p> <p>Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade.</p> <p>Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica.</p> <p>Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalente e manual de instruções em português.</p> <p>REANIMADOR MANUAL (AMBU) – adulto e infantil -</p> <p>Descrição básica-São balões auto infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis.</p> <p>Especificações técnicas mínimas-Aspectos gerais Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão. Válvula unidirecional transparente com membrana de</p>	un	2,00		



<p>segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Pediatrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4:2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex.</p> <p>CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL</p> <p>Descrição básica-Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, vômitos, etc. Especificações: técnicas mínimas Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes. Com linha radiopaca, superfície lisa, estérveis. Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, e orifício distal. Dotado de balonete distal macio e flexível de alto volume e baixa pressão e balonete piloto com válvula antiretorno. Tamanhos: 3.5 sem balonete distal. Tamanhos: 5.0, 7.0, 9.0 com balonete.</p> <p>CÂNULA OROFARINGEA (GUEDEL): Descrição básica: Equipamento médico-hospitalar destinado a manutenção de</p>					
---	--	--	--	--	--




	permeabilidade das vias aéreas superiores em pacientes com rebaixamento de nível de consciência. Especificações técnica mínima Fabricada em PVC rígido, atóxico, transparente e inodoro, não flexível à pressão de mordedura; Porção proximal com apoio para lábios ou dentição anterior do paciente; Porção distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à passagem de ar e introdução de sonda de aspiração, Numeração: 1, 3, 5.					
13	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO - DEA: Aparelho utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular. Características Gerais: O equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo ser composto de: 1 - Uma bolsa para transporte do desfibrilador que deverá ser confeccionada em tecido resistente e possuir compartimento para acessórios, módulo compacto. 2 - Um aparelho com medidas máximas de 250x140x300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para	un	2,00			



14	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA: Com tela de cristal líquido e capas de ser utilizada em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8h,	un	2,00			



	tela com curva pleismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das ultimas 24h, deve funcionar automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3 kg Além dos acessórios obrigatórios, fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de SpO2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. AUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromático de catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (alturaxlargura) Curva pleismográfica: cristal líquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA					
15	Aparelho p/ inalação- Uso individual q permita a inalação em qualquer posição, sem risco de derramar o medicamento. Silencioso para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 1 copo inalador gerador de ultrassom c/ transdutor incorporado; 1jg c/ 15 copos; 1 tubo corrugado flexível e conectores 105cm comp. aprox. 2 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. controle de intensidade de névoa, potenciamento deslizante, dimensões aprox. 10x14x21cm.peso max 1350g.	un	4,00			



	Cons. max. 17w 110/220 e/ chave seletora, reg. no MS, assist local comprovada, manual e catálogo em português, garantia: 12 meses.					
16	Conj. portátil para oxigenoterapia: cilindro metálico p acondicionamento de oxigênio medicinal, c/ capacidade hidráulica de 7 l e 1,0 m ² , tipo G. Dotado de válvula de segurança p enchimento e abertura, conexão padrão standart; deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte.	un	2,00			
17	Kit: Máscara adulta para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10ml, Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros.	un	20,00			
18	Kit: extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. Mascara infantil para nebulização em silicone flexível, copo reservatório com capacidade de 10ml. Extensão com conector p ar comprimido so 1,5 m	un	20,00			
19	Autoclave horizontal de mesa: capac para 42 litros, controle automático q deve ser realizado através de microcontrolador, temp.120 a 134 °C, ciclo ate 60min. Tempo de secagem: até 45 min. Precisão e tempo de resist: tipo PT 100. Sistema hidráulico e bomba a vácuo: c/ filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de segur, construida em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, c/ garantia de 3 anos de garantia revestida externamente c/ mat. isolante ao calor q além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. o adicionamento da agua na câmara interna da autoclave deve ser autom.	un	2,00			
20	Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. cabeça	un	4,00			



	median, angulação de 45°, alto toque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixa nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso 38 a 44g. Rotação (rpm) 0 a 420.000. fixação da broca(saca rolha). Pressão (psi) 30 a 40; consumo de ar (L/mim)42. Consumo de água (ml/mim) 42. Nível sonoro (dB)69- registro ANVISA e assistência técnica em todo o estado do Paraná.					
21	Mocho odontológico. Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. altura regulável. encosto regulável c/ ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios, estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC sem costura, espuma de densidade controlada. garantia de 1 (um) ano.	un	2,00			
22	Contra ângulo intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor c/ sistema intra onde o torque e a rotação ação transmitidos à broca através de uma conj. de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° só micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe p/ adaptar-se ao canal da broca, tamanho co especific.:spray;externo ao corpo.conexão: INTRA, Velocidade:3.000 a 20.000 rpm com reversão, pressão ar:60 a 80(PSI), consumo de ar:65(L/mim), razão de transmissão de veloc.1:1, autoclavável 135°C, peso 90g, ruído 70 dbs	un	4,00			
23	Micro motor intra c/refrigeração: spray externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o q possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro	un	4,00			



	de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); vel. (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo q permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C mais de 1000 ciclos. Especif., com spray externo ao corpo, conex. intra. Veloc: 3.000 a 20.000rpm, c/ reversão. Pressão Ar:60 a 80 (PSI), cons. de ar 65(l/min). Razão de transm. de veloc.1:1 autoclavável.					
24	Material Clínico: Cabo para espelho de aço inoxidável, Espelho bucal nº 5 de aço inoxidável, Sonda exploradora nº5 de aço inoxidável, sonda odontológica milimetrada OMS de aço inoxidável, Pinça P/ algodão de aço inoxidável, Espátula nº01 de aço inoxidável, Seringa carpule c/ refluxo de aço inoxidável, Seringa Carpule c/ refluxo de aço inoxidável, escavador de dentina nº 11 de aço inox. Todos os itens autoclaváveis.	un	15,00			
25	Material para Art: Cortante de black duplo nº 14/15, Espátula de plástico para ionômero, Aplicador de hidróxido de cálcio duplo de aço inox. Porta matriz metálico tofflemire adulto de aço inox, tesoura goldman fox reta de 13 cm de aço inox, escavador de dentina nº 17 de aço inox, escavador de dentina nº20 de aço inox, Cabo de bisturi nº3 de aço inox, Hollenback 3 S de aço inox-todos os itens autoclaváveis.	un	15,00			
26	Armário duplo com 8 portas, confeccionado em chapa de aço baixo teor de carbono, c/ acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa(antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, c/ camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 lat. e uma divisória vertical central em chapa de aço nº24(0,60mm). 1 fundo e 2 meio tampos (superior e inferior) confeccionado em chapa de aço nº24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18(1,2mm) fixando as lat. 1 acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 superior e 01 inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um	un	2,00			



	acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9mm) . A base conter 8 compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter duas dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no min. 39,5X24cm, e área interna 41x30x42,5cm. Montagem através de reebites, dimensões: Altura 1,85 m.larg: 60cm, profun. 45 cm.					
27	Mesa formato em "L"(med. 1,20x1,20). tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25mm de espessura, revestido c/ sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15mm de espessura, revestido laminado melaminico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço c/ tratamento antiferruginoso e acabm. arredondado em pintura epóxi-po da cor da mesa, superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: Argila. Calhas p passagem de fios 1,20x1,20 alt x0,74 cm. Gar. 1ano	un	5,00			
28	Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25mm e espessura, revestimento c/ sistema postforming 180°, painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural c/ passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em epóxi e arredondados. Com 02 gavetas c/ chave. Garantia de 1 ano.	un	4,00			
29	Poltrona reclinável com Banqueta, estrutura em tubos de aço de 25x25x1,20mm esmaltaos. Assento e encosto, apoio dos braços e banqueta estofados c/ espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. encosto reclinável (mínimo de 3 posições) até 175°, c/ fixação nas costas por	un	3,00			



	meio de borboleta. Pés c/ ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento dimensões aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão X assento) X 65cm altura do encosto X 0,50m largura. Dimensões aproximadas da banqueta de 0,5m de altura X 0,55 cm de comprimento. Garantia de 1 ano					
30	Armário com 2 portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) em madeira aglomerada 18mm de espessura, revest. dupla face em laminado melaminico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. tampo sup. em madeira aglomerada de alta densidade com 25mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revest. melaminico. Fechadura frontal, tipo: cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores em alumínio (acab. fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18mm, c/ revest. melaminico e diversas regulagens de alt. COR: branca med. 1,60x0,95x0,50. gar 1ano	un	2,00			
31	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais p/ transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150kg. garantia 1 ano.	un	20,00			
32	Mesa de Reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25mm de espessura, revestida em laminado melaminico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradouras e de fácil limpeza e desinfecção. painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med:200x100cm.	un	1,00			



	Acabamentos arredondados. Garantia de 1 ano					
33	Fogão à gás 4 bocas: acendimento automática de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 3 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, com 5 nível de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo Um família) isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira. Voltagem de 110/220v bivolt- selecionável e/ou automático, totalmente adaptado às normas do INMETRO, garantia de 12 meses. cor branca.	un	1,00			
34	Mesa para refeitório, com tampo em compensado, com espessura de 25mm, revestido nas duas faces em laminado melaminico na cor branca, com bordas em PVC preta, Superfícies lisas, duradouras e de fácil limpeza e desinfecção, com dimensões de : 1,20x0,80x0,78cm, com pés em aço cromado resistente à ferrugem. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 ano.	un	2,00			
35	Purificador de água, com filtro refrigerado, elétrico, ligado direto ao ponto de água, serpentina de cobre externa, sem contato com a água, depósito de água de fácil assepsia, c/ termostato de fácil acesso. Refil c/ tripla filtragem q/ elimine odores e sabores de cloro, barro ferrugem e sedimentos, c/ saída de água na temperatura natural e na temperatura gelada dimensões aproximadas: 312mmx41000. Cor branca, garantia de 12 meses.	un	2,00			
36	Ar Condicionado capacidade: 12.000 BTUS reverso, quente e frio; controle remoto com botões e tela luminosa digital em português, painel liso, sem grelhas, de fácil limpeza. Selo A Procel, instalado no local indicado pela Secretaria competente.	un	2,00			
37	Aparelho ar condic. Split piso teto, 18.000 BTUs, quente/frio 220V, com fluido refrigerante R-410 ^a (sistema inverter) com mão de obra de instalação e drenos,	un	1,00			
38	Aparelho ar condic. Split piso teto, 24.000 BTUs, quente/frio 220V, com fluido refrigerante R-	un	1,00			



	410º AR SEM INSTALAÇÃO					
39	Computador: processador socket LGA 1150- 3MB cachê- 2 núcleos- 4 threads- frequência de 3,7 Ghz- placa mãe socket LGA 1150- memória DDR3 1600- áudio, vídeo e rede integrada- 4GB memória DDR3 1600- HD 500GB- Gabinete ATX c/ fonte 350w real- Drive DVDRW sata- teclado e mouse do mesmo fabricante	un	3,00			
40	impressora laser multifuncional; velocidade do processador 600 Mhz- velocidade de impressão (preto): Normal: Até 20 ppm- ciclo de trabalho (mensal, A4): até 8000 páginas- qualidade de impressão preto (ótima) até 600x600 dpi	un	2,00			

Valor total da proposta R\$

Informações complementares:

Prazo de validade da proposta: 60 Dias

Prazo de entrega dos serviços/produtos: VINTE DIAS.

Local de entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO

Forma de pagamento: Conforme a retirada dos materiais

....., de de

Responsável legal e/ou procurador.....

RG nº

Cargo.....



Pregão Presencial nº 46/2016
Processo nº 60/2016

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

....., inscrita no CNPJ sob nº, sediada na
....., nº bairro
na cidade de, estado do, declara, sob as penas da Lei, que não está impedida de
participar de licitação em qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública,
direta ou indireta, federal, estadual ou municipal.

Declara inclusive que está, obrigada a informar à Contratante os fatos
supervenientes impeditivos de sua habilitação, quando de sua ocorrência, conforme
determina o artigo 32º da Lei Federal nº 8.666/93.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

....., de de

Licitante:

Rep. Legal

RG nº:

Cargo:



Pregão Presencial nº 46/2016
Processo nº 60/2016

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

....., inscrita no CNPJ sob o nº, sediada na, nº, bairro, na cidade de, estado, declara sob as penas da Lei, e para os fins previstos no artigo 27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, ou seja, não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso, ou menores de 16 (dezesseis) anos executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima, durante a vigência do contrato, acarretará a sua rescisão.

....., de de

Licitante:

Rep. Legal

RG nº:

Cargo:



Pregão Presencial nº 46/2.016
Processo nº 60/2016

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

..... inscrita no CNPJ
sob nº , sediada na Rua nº
Bairro , na cidade de , estado
..... declara, para fins de participação no Pregão Presencial N° 46/2.016, e sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos em seu edital, conforme previsto no artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de novembro de 2002.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

..... de de

Licitante:
Rep.Legal
RG:
Cargo:





ANEXO VI

Pregão Presencial nº 46/2016
Processo nº 60/2016

MINUTA DE CONTRATO

Que entre si celebram o Município de Campo Bonito, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Prefeito Darcisio Roberto Grassi, nº 101, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 80.869.621/0001-45, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal, GILMAR LUIS BERNARDI, brasileiro, casado, portador do CPF nº 512.619.369-49 e da Carteira de Identidade RG nº 3.867.542-7 PR, e de outro lado (qualificar), doravante denominado CONTRATADO, pelo presente instrumento particular têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto

O presente contrato, pactuado em regime de execução Menor Preço - Item, tem como objetivo a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA VIGLASUS - ESTADO DO PARANÁ., licitados através da licitação modalidade Pregão nº 46/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - Da documentação

Ficam integrados a este instrumento, independente de transcrição, todos os documentos e que são de pleno conhecimento do contratado apresentados na licitação.

Parágrafo Único - Serão incorporados a este contrato, mediante Termo Aditivo, quaisquer modificações que venham ser necessários durante sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pelo contratado, com estrita observância à lei de licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Valor/Pagamento/Dotação

O valor total para a contratação é de R\$ (.....), sendo os pagamentos efetuados de acordo com Conforme a retirada dos materiais

Nos valores supra indicados encontram-se incluídos todos os custos, diretos e indiretos, trabalhistas e fiscais, necessários para a execução dos serviços.

As despesas correrão a conta da dotação orçamentária:

21	SECRETARIA SAÚDE	DE	10	6	2	27	Mantenção do Fundo Municipal de Saude	449052420000	MOBILIÁRIO GERAL	EM
----	---------------------	----	----	---	---	----	--	--------------	---------------------	----

CLÁUSULA QUARTA – Vigência Contrato e reajuste

A vigência do presente contrato é de: 31/12/2016

O presente contrato poderá ser renovado por igual período por interesse da Administração;

Não haverá reajuste

CLÁUSULA QUINTA - Das penalidades

Ao contratado serão aplicadas penalidades, sem prejuízo de eventuais perdas e danos que possam ocorrer, de : a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato se: 1) Mostrar-se negligente para com as obrigações estipuladas na documentação objeto desta licitação; 2) não executar os serviços perfeitamente de acordo com os dados técnicos; 3) transferir, total ou parcialmente, sem prévia autorização, ou permitir que outrem execute os serviços acobertado por sua razão social..



CLÁUSULA SEXTA - Da aplicação das penalidades

Compete ao Departamento Jurídico do contratante, por proposta de sua fiscalização ou por quem por ele indicado.

Parágrafo Único - A aplicação de penalidades em razão de falhas cometidas não isenta o contratado por eventuais perdas e danos que a ocorrência apurada possa ocasionar.

CLÁUSULA SÉTIMA - Outras obrigações

O contratado obriga-se ainda a: 1) assegurar, a execução dos serviços executados; 2) permitir e facilitar a fiscalização, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados, por escrito, pertençam seus agentes ao contratante ou a terceiros por ele designados, em um prazo de 05 (cinco) dias, substituir e/ou refazer serviços e/ou produtos que por ventura demonstrem defeitos, vícios, etc.

CLÁUSULA OITAVA - Responsabilidade civil/trabalhista/fiscal

O contratado assume integral responsabilidade por danos causados ao contratante ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços, isentando o contratante de todas as reclamações que possam surgir em relação ao presente contrato, inclusive as de natureza trabalhista, fiscal, previdenciária, ainda que as mesmas sejam resultantes de atos de seus prepostos ou qualquer pessoa física ou jurídica empregados durante a execução deste.

CLÁUSULA NONA - Da rescisão

O contratante se reserva ao direito de rescindir este contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que ao contratado caiba direito a indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos: a) quando o contratado falir, entrar em concordata ou for dissolvido; b) quando houver inadimplência de cláusula ou condições deste instrumento; c) por transferência pelo contratado a terceiros, no todo ou em parte, das responsabilidades pela execução dos serviços.

Ficam integrados ao presente contrato os artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93 independente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA - Considerações finais

As partes elegem o Foro da comarca de Guaraniaçu para dirimir dúvidas, direitos e obrigações advindas deste instrumento e que não possam ser afastadas pelas vias amistosas.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas abaixo, a fim de que produza os seus devidos efeitos legais.

Campo Bonito, de de 2016.


CREDENCIAMENTO

ABELIONATO FERREIRA

8º TABELIONATO DE NOTAS

Oséas Ribas Ferreira Junior
NOTÁRIO

Rua Dr. Muricy, nº 468 - Centro - Curitiba - PR
Fone: (41) 3025-1900 - Fax: 3025-1929
cartorio@oitavotabeliao.com.br



CURITIBA - PARANÁ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

LIVRO	FOLHA	REGISTRO
0439-P	018	
CDN 150	CONTROLE	
0072		0003/16 001

PROCURAÇÃO bastante que faz: EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA ME, na forma abaixo:

Salbam quantos este público instrumento de procuração bastante virem, que aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis (03/02/2016) lançada pelo número 00340/2016 no "Livro Protocolo Geral", nesta cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, em Serventia cujos serviços ao Notário foram regularmente delegados pelo Poder Público Estatal, perante mim escrevente do 8º Tabelionato, compareceu como outorgante: EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede e fóro na Rua Das Carmelitas nº 634, Hauer, Curitiba-Paraná, inscrita no CNPJ/MF nº 11.101.480/0001-01, neste ato representado por seus sócios CLAUDEMIR JOSE DOS SANTOS, brasileiro, que se declara casado, empresário, portador da CI/RG nº 5.885.749-1/SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 841.542.099-49, residente e domiciliado na Rua Caio Graccho Krueger, nº 97, Alto Boqueirão, Curitiba, Paraná, CEP: 81.720-360, e CLAUDINEI JOSE DOS SANTOS, brasileiro, que se declara casado, administrador, portador da CI/RG nº 7.758.927-9/SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.964.359-63, residente e domiciliado na Rua Pastor Carlos Frank, nº 2380, Boqueirão, Curitiba, Paraná, CEP: 81.750-420, conforme Segunda Alteração e Consolidação do Contrato Social, registrada e arquivada na Junta Comercial do Paraná sob nº 20124607748 em data de 02/07/2012, e Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Paraná sob nº NIRE 41 2 0636735-3 expedida em data de 11/01/2016, as quais ficam arquivadas nesta Serventia às fls. 083/088 do Livro 257-B. Os presentes, pessoas identificadas por mim e pelo Notário que esta subscreve, através dos documentos apresentados e acima mencionados, do que dou fé. E pela outorgante, na forma representada, me foi dito que por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seus bastantes procuradores: 1) SERGIO DE OLIVEIRA NICOLODI, brasileiro, casado, representante comercial, portador da CI/RG nº 4.740.518-1/SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 794.470.909-15, residente e domiciliado na Rua Maria Silka Couston, nº 136, Boqueirão, Curitiba, Paraná, CEP: 81.750-050; 2) SIDNEI DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, maior representante comercial, portador da CI/RG nº 8.086.069-2/SSP/PR e CPF/MF sob o nº 028.087.009-46, residente e domiciliado na Rua Cuiabá, apartamento 84, bloco "C", Maria Luiza, Cascavel, Paraná, CEP: 85.810-000; 3) ALISSON MAURO ASSI DA SILVA, brasileiro, solteiro, maior e capaz, representante comercial, portador da CI/RG nº 9348068-6/SSP/PR e inscrito no CPF/MF 079.222.689-55, residente e domiciliado na Rua Curitiba nº 1922, Ciro Nardi, Paraná, CEP: 85.802-000; 4) ANDERSON DE SOUZA KERN, brasileiro, maior e capaz, representante comercial, portador da CI/RG nº 8.252.937-3/ inscrito no CPF/MF sob o nº 050.457.749-21, residente e domiciliado na Rua Arielly Soares da Silva nº 250, sobrado 01, Boqueirão, Curitiba, Paraná, CEP: 81.750-220; 5) ELAINE LUBIAN STRAPASSON, brasileira, solteira, maior representante comercial, portadora da CI/RG nº 11.023.329-8/SSP/PR e CPF/MF sob nº 077.953.929-03, residente e domiciliada na Rua Leônidas 840, apartamento 02, Jardim Guilhermina, Colombo, Paraná, CEP: 83.400-000; 6) RAFAEL PEREIRA AMAZONAS, brasileiro, solteiro, maior e capaz, representante comercial, portador da CI/RG nº 6.273.922-3/SSP/PR e inscrito no CPF/MF 033.964.089-85, residente e domiciliado na Rua Estevão Manika nº 420, ap. 101, Centro, São José dos Pinhais, Paraná, CEP: 83.000-000.


Cartório Azevedo Bastos
Autenticação Digital
Site: www.tabelionato8.curitiba.pr.gov.br
Data: 16/02/2016 09:15:55
Assunto: Cartório Azevedo Bastos - Autenticação Digital
Assinatura:

000141

304, bloco 09, Santa Cândida, Curitiba, Paraná, CEP: 82.720-360, 7) GUSTAVO HENRIQUE CARREGA, brasileiro, solteiro, maior e capaz, representante comercial, portador da CI/RG nº 12640687-8/SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 084.265.219-16, residente e domiciliado na Rua Fernando de Noronha nº 609, apartamento 1104, Centro, Londrina, Paraná, CEP: 86.020-300, 8) PAMELA DOS SANTOS BARCELOS, brasileira, solteira, maior e capaz, representante comercial, portadora da CI/RG nº 13.076.728-1/SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº 076.345.069-31, residente e domiciliada na Rua Jacarezinho nº 1860, Jardim Alto Tarumã, Pinhais, Paraná, CEP: 83.325-330, e 9) ANDREA MARIA FRANÇA, brasileira, separada judicialmente, representante comercial, portadora da CI/RG nº 5.126.724-9/SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº 740.662.509-04, residente e domiciliada na Rua Frei Teófilo, nº 199, Capão Raso, Curitiba, Paraná, CEP: 81.130-070, a quem confere poderes para agir em conjunto ou isoladamente, perante Repartições Públicas em geral, sejam Federais, Estaduais, Municipais ou Autárquicas, especialmente perante Prefeituras, com poderes específicos para tomar qualquer decisão durante todas as fases de quaisquer licitações, e suas modalidades, inclusive apresentar proposta e declaração de atendimento dos requisitos de habilitação em nome da outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços nas etapas de lances verbais, desistir expressamente de intenção de interpor recurso administrativo, manifestar-se imediatamente e motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, interpor recursos administrativos, assinar a Ata de sessão, retirar nota de empenho/autorização, assinar contrato, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro/Presidente da Comissão de Licitação, firmar os competentes instrumentos contratuais, públicos ou particulares; estipular cláusulas, preencher requerimentos, guias, formulários, cadastros, termos, fichas e documentos, prestar e firmar declarações e informações; cumprir exigências, requerer, alegar e assinar o que convier, pagar taxas e emolumentos, produzir e apresentar provas, juntar e desentranhar documentos; enfim, praticar todos os demais atos necessários ao bom e cabal cumprimento do presente mandato, e substabelecer no todo ou em parte se lhe convier. (SOB MINUTA APRESENTADA). A qualificação dos procuradores e os elementos relativos ao objeto do presente instrumento foram fornecidos e conferidos pela outorgante, na forma representada, que por elas responsabiliza-se. Guia de Recolhimento ao FUNREJUS no valor de R\$ 21,14, em nome da outorgante sob nº 24000000001274894-7, referente a alíquota de 25% sobre atos notariais com menor expressão econômica, paga em data de 03/02/2016, conforme Lei nº 18.415/14. E de como assim disse, me pediu que lhe fizesse este público instrumento, que depois de lido e em tudo achado conforme, aceita, outorga e assina, dispensando a presença e assinatura de testemunhas instrumentárias, na forma do disposto no artigo 684 do Código de Normas do Foro Extrajudicial da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná, tudo perante mim.

HEITOR DE SOUSA GONÇALVES, Escrevente, que a digitei e eu 8º Tabelião, a subscrevi. Curitiba, 03 de fevereiro de 2016. a.a. CLAUDEMIR JOSE DOS SANTOS CLAUDINEI JOSE DOS SANTOS, Custas: 464,62 VRC - R\$ 84,86. Selo de autenticidade do FUNARPEN R\$ 0,75. "NADA MAIS". TRASLADADA na mesma data. E eu _____ 8º Tabelião, que a fiz digitar subscrevo e assino em público e raso.

Curitiba, 03 de fevereiro de 2016.



Escrevente Autorizado

FUNARPEN – SELO DIGITAL Nº mcsnr . DtoVp . ItI4J, Controle: MCXhD .
wCpP

Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

000142

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 19/02/2016 às 14:55:46 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b010cda9aa25e9cedbeb541cde731ce5267415fa6b9af85adc8a313db1
b76881228b25587479f2fc7570428e8bcbabdc16aa9ab4fccba576b77700942ccac84e

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.


Esta certidão tem a sua validade até: 19/02/2017 às 14:40:01 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 488568

Código de Controle da Autenticação:

36021602160920090906-1 a 36021602160920090906-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>




000143

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS, 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
e TABELIONATO DE NOTAS - Câncio CRU 99.075-0
Av. Presidente Dutra, nº 1000 - Centro - Rio Claro - SP - Fone/Fax: (19) 324-0000
E-mail: cartorioazevedobastos@bol.com.br

Autenticação Digital
De acordo com o artigo nº 2º e §ºs. Vº, §º 4º e §º da Lei Federal nº 8.935/1994 e art. 6º inc. III
da Lei Estadual nº.731/1994 adicionais à presente imagem digitalizada, heretofore
do documento apresentado o portador nesse ato, O Relatório Eletrônico. (Assinado)

Cód. Autenticação: 38020605161417500768-1; Data: 06/05/2016 14:17:26
Selô Digital de Fiscalização Tipo Normal C, ADH95B36-1BMZ
Valor Total do Ato: R\$ 3,78
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - Inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 06/05/2016 às 14:56:41 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005bfd734fd94f057f2d69fe6bc05bacf42de70050e0af6160fd2c3c1dd3941113c8120daa8a0e2c284bd559
0d6233228b25587479f2fc7570428e8bcbabdc5f021af045cf2c22ba4a1d745952a60d

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º, e 10º, § 1º, da MP 2200/01.


Esta certidão tem a sua validade até: 06/05/2017 às 14:49:19 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 528174

Código de Controle da Autenticação:

36020605161417500768-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>



000145



EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME
CNPJ/MF 11.101.480/0001-01
2º ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLAUDEMIR JOSÉ DOS SANTOS, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 19/09/1974, residente e domiciliado, à Rua Caio Gracch Krieger, 97 cep 81720-360 - bairro, em Curitiba Paraná, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 5.885.749-1 SSP-PR e inscrito no CPF/MF nº 841.542.099-49, e CLAUDINEI JOSÉ DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 22/04/1982 portadora da Carteira de Identidade Civil RG nº 7.758.927-9 SSP-PR CPF/MF nº 037.964.324-07 residente e domiciliada a Rua Maranhão, nº 1812, Sobrado 01, Bairro PORTÃO, em Curitiba Paraná, CEP: 80610-001. Sócios componentes da sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME, com sede à Rua Das Carmelitas nº 634, Bairro Hauer, Curitiba – Paraná, CEP: 81610-070 com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.063.673-53, por despacho em sessão de 18 de Dezembro de 2008, resolvem de comum acordo alterar o contrato original, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Através do presente instrumento, inclui-se no contrato social o objeto Comércio Atacadista de Sancante farmacêutico.

CLAUSULA SEGUNDA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO

A vista das modificações ora ajustadas e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário e subsidiariamente a lei nº 6.404/67, passa a ter a seguinte redação:

R 3 000146



EFETIVE PRODUTOS MEDICO
CNPJ/MF 11.101.

2º ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CLAUDEMIR JOSÉ DOS SANTOS, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 19/09/1974, residente e domiciliado, à Rua Caio Gracch Krieger 97, CEP 81720-360, bairro Centro, em Curitiba, Paraná, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 5.885.749-1 SSP-PR e inscrito no CPF/MF nº 841.542.099-49, e **CLAUDINEI JOSÉ DOS SANTOS**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 22/04/1982, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 7.758.927-9 SSP-PR CPF/MF nº 037.964.359-63, residente e domiciliado a Rua Maranhão, nº 1812, setor 01, Bairro Portão, em Curitiba, Paraná, CEP 80610-001, ambos sócios componentes da sociedade limitada que figura sob o nome empresarial de **EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME**, com sede a Rua Das Carmelitas nº 634, Bairro Hauer, Curitiba - Paraná, CEP 81610-070, com seu contrato arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.063.673-53, por despacho em sessão de 18 de Dezembro de 2008, resolvem de comum acordo **CONSOLIDAR** o contrato original, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMÍCILIO:

A sociedade gira sob o nome empresarial: "**EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME**" e tem sede e domicílio a Rua Das Carmelitas nº 634, Bairro Hauer, Curitiba - Paraná, CEP 81610-070.

CLÁUSULA SEGUNDA: - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS:

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA: - DO OBJETO -

O objeto será: COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTE E PEÇAS E COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS E COMÉRCIO ATACADISTA DE SANEANTE DOMISSANITÁRIO.

CLÁUSULA QUARTA: - DO CAPITAL SOCIAL -

O capital Social, é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, subscrita e já integralizada , em moeda corrente do país, pelos sócios, distribuídas da seguinte forma:

NOME	%	QUOTAS	VALOR
CLAUDEMIR JOSÉ DOS SANTOS	90	45.000	R\$ 45.000,00
CLAUDINEI JOSE DOS SANTOS	10	5.000	R\$ 5.000,00
TOTAL	100	50.000	R\$ 50.000,00

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da outra(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, sempre à vista, formalizando-se realizada a cessão delas, a alteração contratual perinente.

PARÁGRAFO ÚNICO: - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA: - INÍCIO DE ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE:

A sociedade iniciou suas atividades em 18/12/2008 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: - DA ADMINISTRAÇÃO -

A administração da sociedade caberá ao sócio **CLAUDEMIR JOSÉ DOS SANTOS E/OU CLAUDINEI JOSE DOS SANTOS ISOLADAMENTE OU EM CONJUNTO**, com os poderes e atribuições de Sócio Administradores, autorizado o uso do nome empresarial podendo inclusive, outorgar procurações isoladamente.

Q

G

4
000147

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - FÓRUM DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TAMBÉM DO MÓVEL - Cadastro CNPJ 84.717.4

Autenticação Digital

Este documento contém 06 folhas, 11 páginas e 77 linhas. Válida de 01/01/2010 a 31/12/2014. O documento é assinado digitalmente, comprovando que o documento apresentado é verdadeiro.

Cód. Autenticação: 3602020616101404170-3; Data: 02/06/2016 10:14:08

Selo Digital de Firmação do Tipo: homônimo C, ADL13141-17VZ.

Valor Total do Ato: R\$ 3,76

Consultar os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

verdade, não entanto, em atividades estranhas ao interesse social como arcar ou alienar bens imóveis da sociedade, se

CLAUSULA SETIMA - DO BALANÇO -

Em 31 de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do Balanço Geral do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas, à Capital Social.

PARAGRAFO ÚNICO: - A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da sociedade, o total dos lucros poderá ser destinados a formação de "RESERVAS DE LUCROS", nos critérios estabelecidos pelo art. n° 6404/76 ou, então, permanecer em Lucros Acumulados, para futura destinação.

CLAUSULA OITAVA: - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO:

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores ou incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus bônus serão apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, certificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único : - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA NONA: - DO DESIMPEDIMENTO DOS SÓCIOS -

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública; ou a propriedade

CLAUSULA DÉCIMA: - DO FORO -

Os sócios elegem o foro de Curitiba, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas, oriundas do presente instrumento, renunciado desde já qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular não é tratado, obrigam-se a cumprir fielmente o presente Contrato Social, assinando-o na presença das testemunhas abaixo nomeadas e identificadas, em 03 (três) vias de igual forma e teor.

Curitiba, 31 de Maio de 2012.

DINET JOSÉ DOS SANTOS
Administrador

CLAUDEMIR JOSÉ DOS SANTOS
Sócio Administrador

Alexandre Stradiotto
RG 5.129.037-2/ PR

Testemunhas:

Francisco Iverson Meretka
RG 6.738.807-9/PR

Elaborado por:

VANESSA C. STRADIOTTO
RG 6.760.975-1 SSP-PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/07/2012
SCR NÚMERO: 20121607148
Protocolo: 12/460774-8 - DE 25/05/2012
Setor: 412 - 0124171-3
Assunto: PACTO MÉDIO-ACORDAL
Assinatura: SEBASTIÃO MOTTA
Secretário Geral

13
000148

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 03/06/2016 às 15:57:07 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be741b760a11eeda04766701c735785d9e03a1c706c50a41ea60f171ee
647d45c228b25587479f2fc7570428e8bcbabdc87439174d8f1de3409ed6f14ccdcce40b

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º, e 10º, § 1º, da MP 2200/01.


Esta certidão tem a sua validade até: 03/06/2017 às 04:39:23 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 541191

Código de Controle da Autenticação:

36020206161014040170-1 a 36020206161014040170-3

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>



000149



000150

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 03/06/2016 às 15:59:11 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be741b760a11eeda04766701c735785d9fefb333520b4378ed27922fea9
B46cd7228b25587479f2fc7570428e8babdc15521c7ae79416430dce454f8c60e161

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º, da MP 2200/01.


Esta certidão tem a sua validade até: 03/06/2017 às 04:39:23 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 541202

Código de Controle da Autenticação:

36020206161017020764-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>



000151



000152

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS
FUNDADO EM 1688
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 03/06/2016 às 15:59:23 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be741b760a11eeda04786701c735785d9606ea3c8fb2a680be7eddc202
327e91e228b25587479f2fc7570428e8bcbabdc495d1e877746982a3cd5dd3c89528945

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.


Esta certidão tem a sua validade até: 03/06/2017 às 04:39:23 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 541203

Código de Controle da Autenticação:

36020206161017180389-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>



000153

**SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ**

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial

EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0636735-3	11.101.480/0001-01	18/12/2008	18/12/2008

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA DAS CARMELITAS, 634, HAUER, CURITIBA, PR, 81.610-070

Objeto Social

**COMÉRCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTE E PEÇAS E COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE SANEANTE DOMISSANITÁRIO.**

Capital: R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)	Microempresa	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R\$)	Especie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
CLAUDEMIR JOSE DOS SANTOS 841.542.099-49	45.000,00 SOCIO	Administrador		XXXXXXXXXX
CLAUDINEI JOSE DOS SANTOS 637.964.359-63	5.000,00 SOCIO	Administrador		XXXXXXXXXX

Último Arquivamento Data: 02/07/2012	Número: 20124607748	Situação REGISTRO ATIVO
Ato: ALTERAÇÃO Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		Status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CURITIBA - PR, 22 de agosto de 2016

L Bogus

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS		ÓRGÃO DE REGISTRO CIVIL CAS PESSOAS NATURAIS (CPI) E TABUADO DE NOTAS - Zona Sul - Curitiba
De acordo com os artigos 1º, II e III, inc. V, § 1º e II da Lei Federal nº 12.010/2009 e art. 8º do Decreto		
do Decreto nº 3.717/2005, assentando o presente ato é original, legítimo, autêntico e reproduzido.		
O documento apresenta a seguinte assinatura: <i>L Bogus</i> é verídica. [Assinatura]		
Cód. Autenticação: 36022408161000280015-1 Data: 24/08/2016 10:00:34		
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADV997365-JRCP		
Valor Total do Ato: R\$ 0,76		
Confira os dados do ato em: http://selodigital.jfcuritiba.jus.br		
Este selo é gerado automaticamente		

000154

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB.

Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

<http://www.azevedobastos.not.br>

E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 24/08/2016 às 11:07:25 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8a024455a4909ee053a6237af8175272ea75a0719c55a885ec48a7d81
188bdb6228b25587479f2fc7570428e8bcbabdc65e1af5b7de79b681523358b25b06fda

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.


Esta certidão tem a sua validade até: 24/08/2017 às 10:58:00 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 579564

Código de Controle da Autenticação:

36022408161000280015-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>



000155



EFETIVE
Produtos Médico-Hospitalares

11.101.480/0001-01
I.E: 904.92.848-85

EFETIVE PRODUTOS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Das Carmelitas, nº 634
Vila Hauer
CEP 81610-070 - CURITIBA - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO
ESTADO DO PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2016
PROCESSO Nº 060/2016

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES, inscrita no CNPJ sob nº 11.101.480/0001-01, sediada na RUA DAS CARMELITAS, nº 634, bairro VILA HAUER, na cidade de CURITIBA, estado do PARANÁ, declara, sob as penas da Lei, que não está impedida de participar de licitação em qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal.

Declara inclusive que está, obrigada a informar à Contratante os fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação, quando de sua ocorrência, conforme determina o artigo 32º da Lei Federal nº 8.666/93.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Curitiba, 26 de Agosto de 2016.

SIDNEI DE OLIVEIRA
CPF: 028.087.009-46
RG: 8.086.069-2
REPRESENTANTE LEGAL